

LCQTOF 6545 儀器設備維護及OQ確效

招標規範

一、標案案號：BTRC11413020P

二、標案名稱：LCQTOF 6545 儀器設備維護及OQ確效

三、履約期限：2025年09月30日前完成定期維護大保養及OQ確效報告

四、儀器設備標的：

模組型號	模組名稱	模組序號
G7120A	High Speed Pump	DEBAY00776
G7116B	Thermostat	DEBAS00776
G7167B	Multisampler	DEBAZ01121
G7117A	DAD detector	DEBAV00783
G6545A	6545QTOF	SG1548E002

五、儀器設備OQ確效

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Response Linearity | 線性測試 |
| 2. Injection Precision | 進樣注射精度 |
| 3. Injection Carry Over | 進樣殘留測試 |
| 4. Signal to Noise | 訊噪比 |
| 5. Instrument Detection Limit (IDL) | 儀器偵測極限 |

六、保養及確效驗證執行人員須經原廠須經過教育訓練並且為原廠認證之合格人員。(合格受訓人員證明文件於投標時檢附)

七、定期維護大保養：

1. 保養零件由廠商提供。
2. 並於保養執行完畢後提供測試報告。
3. 包括儀器清潔、調整
4. 包括儀器性能確認
5. 含主動更換保養kit組

八、設備不定期維修服務：

1. 於決標日起一年內提供維修服務，俟履約期滿且無待解決事項後始得退還履約保證金。
2. 合約期間內不限次數維修。
3. 如有臨時故障狀況，廠商須經機關以電話通知叫修之翌日起三個工作天內到達執行修護，或48小時內以遠端遙控檢修，進行維修檢測。
4. 維修所需零件皆由廠商提供(不包含消耗性耗材品項)。